

Số: /BVNL-VTTBYTCNTT
V/v mời tham gia báo giá
thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa
Nghị Lộc (bổ sung)

Đông Lộc, ngày tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc đã ban hành Công văn số 901/BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày 16/09/2025 về việc mời tham gia báo giá thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc, tuy nhiên hiện tại bệnh viện có nhu cầu tiếp nhận thêm báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc năm 2025 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng VTTBYT-CNTT - Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc.
 - Số điện thoại: 0238.3861.643/0931355568.
 - Email: bvnlyphongvttbyt@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Đồng thời theo 2 hình thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc, địa chỉ: xã Nghi Thịnh, Nghị Lộc, tỉnh Nghệ An.
 - Nhận qua email: dauthaubvnl@gmail.com (File PDF và excel).
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 17 tháng 09 năm 2025 đến trước 17h ngày 26 tháng 09 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 17h ngày 26 tháng 09 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục, nội dung báo giá gồm: Phụ lục 1, 2 chi tiết kèm theo.
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:
 - Địa điểm cung cấp: Các khoa phòng được phân bổ thiết bị mua sắm, Bệnh viện đa khoa Nghị Lộc.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: Hàng hóa được cung cấp đảm bảo đầy đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và đúng yêu cầu, phù hợp với kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Thời hạn thanh toán: không quá 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

5. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Báo giá: theo mẫu Phụ lục 3.

- Bảng mô tả đáp ứng cấu hình và tính năng kỹ thuật theo mẫu Phụ lục 4.

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan.

- Hợp đồng đã cung cấp thiết bị chào giá (cho các đơn vị nhà nước) trong vòng 12 tháng (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Phúc

PHỤ LỤC 1.
DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
(Kèm theo Công văn số /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày /09/2025)

1.1. Danh mục hàng hóa

STT	Tên thiết bị y tế	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Giường cấp cứu	Cái	03	
	TỔNG: 01 khoản			

1.2. Yêu cầu chung đối với thiết bị.

a) Yêu cầu chung: Cấu hình chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo

- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (có bao gồm tiếng Việt): 01 bộ.
- Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với tiêu chuẩn điện tại Việt Nam.

b) Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất.
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong vòng 08 năm kể từ ngày bàn giao.
- Có cam kết chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng khi có yêu cầu.

PHỤ LỤC 2.

CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CÁC HÀNG HÓA MUA SẮM

(Kèm theo Công văn số /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày /09/2025)

TT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường cấp cứu	Cái	03
1.1	Yêu cầu về cấu hình:		
	- Giường hồi sức điều khiển điện		
	Phụ kiện tiêu chuẩn mỗi giường gồm:		
	+ Đệm mút	Cái	≥ 01
	+ Cọc truyền	Cái	≥ 01
	+ Bảng điều khiển rời với dây nối	Cái	≥ 01
1.2	Chỉ tiêu kỹ thuật:		
	Kích thước dài x rộng: ≥ 2000 mm x ≥ 900 mm		
	Tải trọng tối đa: ≥ 250 kg		
	Điều khiển:		
	+ Điều chỉnh tư thế bằng động cơ điện. Trục đẩy của bộ phận nâng hạ điện cấu tạo bằng kim loại. Bánh răng chuyển động bằng nhựa hoặc kim loại đảm bảo độ bền cao.		
	+ Có ổ quy dự phòng.		
	+ Bảng điều khiển: Tại vách chắn hai bên.		
	+ Có ít nhất các tính năng điều khiển sau:		
	+ Nâng, hạ phần lưng từ 0° đến $\geq 45^{\circ}$		
	+ Nâng, hạ phần chân từ 0° đến $\geq 25^{\circ}$		
	+ Nâng, hạ chiều cao từ < 500 mm đến ≥ 700 mm		
	+ Chỉnh dốc giường đầu/chân: $\geq 10^{\circ}$		

TT	Nội dung yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
	- Chất liệu, cấu tạo:		
	+ Khung giường bằng thép phủ epoxy hoặc sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn		
	+ Mặt giường: bao gồm ≥ 4 phần, chất liệu là thép tấm được đục lỗ để thoáng khí. Các phần có thể tháo rời để vệ sinh.		
	+ Các phần mặt giường nghiêng góc phù hợp khi chỉnh tư thế giường.		
	+ Vách chắn đầu giường, cuối giường dạng tấm, có tay cầm, làm bằng chất liệu nhựa PE hoặc tốt hơn. Vách được lắp/ cố định chặt với khung giường; không lỏng lẻo, dễ bung, tuột.		
	+ Vách chắn dọc hai bên giường dạng tấm, có tay cầm; mỗi phía vách gồm hai phần, các phần có thể nâng lên, hạ xuống độc lập. Vách làm bằng chất liệu nhựa PE hoặc tốt hơn.		
	- Bánh xe: 04 cái, có khoá trung tâm		
	- Có các lỗ cắm cọc truyền tại tất cả các góc giường		
	- Đệm: Đệm có vỏ bọc không thấm nước		
	- Được thiết kế phù hợp với chụp X quang tại giường.		
	- Bốn góc giường có bánh xe bảo vệ chống va đập		
	- Có chức năng CPR: đưa giường về vị trí nằm ngang trong tình huống khẩn cấp		

Ghi chú: các yêu cầu kỹ thuật chỉ nhằm mục đích mô tả, các nhà cung cấp có thể chào giá các mặt hàng tương đương hoặc tốt hơn.

PHỤ LỤC 3. MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	A									
2	B									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá]*

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.*
 - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*
 - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*
 - (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*
 - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*
 - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*
 - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*
 - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*
 - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*
 - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

PHỤ LỤC 4.
MẪU BẢNG MÔ TẢ ĐÁP ỨNG CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản (yêu cầu)	Cấu hình, tính năng kỹ thuật chào giá	Đáp ứng	Tài liệu tham chiếu	Ghi chú
<u>Ví dụ</u>	Máy chạy thận nhân tạo	1. Yêu cầu chung:				
		Chất lượng máy: Mới 100%	Chất lượng máy: Mới 100%	Có	Cam kết trong đơn chào giá	
		2. Cấu hình				
		- Máy chính : 01 bộ	Máy chính : 01 bộ	Có	Trang 1. Catalogue	
		3. Tính năng kỹ thuật				
		x	aaa	Có	Trang 2. Catalogue	
		y	bbb	Không	Trang 3. Catalogue	
		z	ccc	Có	Trang 4. Catalogue	