

Số: /BVĐKNL-VTTBYTCNTT  
Về việc yêu cầu chào giá cung cấp  
và lắp đặt bổ sung hệ thống đường  
ống và thiết bị đầu cuối khí y tế  
trung tâm

Đông Lộc, ngày tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống đường ống và thiết bị đầu cuối khí y tế trung tâm tại bệnh viện đa khoa Nghi Lộc với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Phòng Vật tư TBYT-CNTT - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc  
Điện thoại: 0238.3861.643.
- Cách thức tiếp nhận báo giá gồm một trong 02 cách:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc – xóm Trung Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.
  - Nhận qua email: [bvnlvanthu@gmail.com](mailto:bvnlvanthu@gmail.com) (bản PDF + word/excel)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 04 năm 2026 đến trước 08h ngày 27 tháng 04 năm 2026.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục hàng hóa: Phụ lục 1 kèm theo.
- Mẫu báo giá: Phụ lục 2 kèm theo.

Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Huy Phúc**

**PHỤ LỤC 1.**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẴM**  
*(Kèm theo Công văn số /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày 10/04/2026)*

STT	Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
<b>1</b>	<b>Bộ 01 ổ khí nén 4 bar (MA4), chuẩn BS</b>	Bộ	1
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 9001; CE		
	Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí		
	Áp lực vận hành: $\geq 5$ bar		
	Lưu lượng: $\geq 200L/$ phút		
<b>2</b>	<b>Ổ khí Oxy chuẩn (O2), chuẩn BS</b>	Bộ	36
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 9001; CE		
	Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí		
	Áp lực vận hành: $\geq 5$ bar		
	Lưu lượng: $\geq 40L/$ phút		
<b>3</b>	<b>Ổ khí hút khí hút chân không (VAC), chuẩn BS</b>	Bộ	33
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	Thiết bị đạt tiêu chuẩn EN ISO 9170-1, ISO 13485; ISO 9001; CE		
	Đầu ra khí được mã hóa màu cho từng loại khí		
	Áp lực vận hành: $\leq -0,5$ bar		
	Lưu lượng: $\geq 25L/$ phút		
<b>4</b>	<b>Bộ hút dịch gắn tường</b>	Bộ	1
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	- Bao gồm: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút, bình chứa dịch và phụ kiện		
	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút		
	- Dải điều chỉnh: 0 đến -1 bar		
	- Lưu lượng hút: $\geq 100L/$ phút tại -950mbar		
	- Van giảm áp an toàn		
	Bình chứa dịch		
	- Dung tích: $\geq 2000ml$		
	- Vật liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương, có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong khoảng 15 phút.		
	Đầu cắm nhanh tương thích ổ VAC		
<b>5</b>	<b>Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ấm</b>	Bộ	1

STT	Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	Bao gồm: Bộ điều chỉnh lưu lượng, bình làm ấm và phụ kiện hoàn chỉnh		
	Bộ điều chỉnh:		
	- Lưu lượng: 0 - $\geq 15$ L/phút		
	- Áp suất: $\geq 410$ kPa		
	Bình làm ấm:		
	- Dung tích: $\geq 200$ ml		
	- Vật liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương, có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong khoảng 15 phút.		
	- Tích hợp van giảm áp		
	Đầu cắm tương thích ổ khí oxy		
<b>6</b>	<b>Hộp đầu giường loại 2 ổ khí</b>	Hộp	33
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
	Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 1200x235x72mm ( $\pm 5\%$ )		
	Vật liệu: Bằng nhôm định hình dày $\geq 2$ mm, sơn tĩnh điện		
	Kết cấu chia thành 3 khoang phù hợp lắp đặt hệ thống khí y tế, hệ thống điện, riêng biệt.		
	Lắp 2 đầu bằng nhựa đúc, có in nổi tên để nhận diện		
	Có đường chỉ line màu xanh		
	Ổ điện đôi 3 châu đa năng: $\geq 02$ cái		
	Có lỗ chờ lắp đặt ổ khí		
<b>7</b>	<b>Ống đồng và phụ kiện</b>		
	Sản xuất năm 2025 trở về sau		
<b>7.1</b>	<b>Ống đồng</b>		
	Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế, không hàn nối		
	Đạt tiêu chuẩn JIS H3300 - C1220T, ASTM B280 - C 12200 hoặc tương đương		
	<b>Ống đồng D12</b>	Mét	310
	Đường kính ngoài khoảng 12–12.7 mm, độ dày thành ống $\geq 0.80$ mm		
	<b>Ống đồng D15</b>	Mét	290
	Đường kính ngoài khoảng 15-15.88mm, độ dày thành ống $\geq 0.80$ mm		
	<b>Ống đồng D22</b>	Mét	150
	Đường kính ngoài khoảng 22 - 22.22mm, độ dày thành ống $\geq 1$ mm		
	<b>Ống đồng D28</b>	Mét	150

<b>STT</b>	<b>Tên hàng hóa, cấu hình và thông số kỹ thuật</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Số lượng</b>
	Đường kính ngoài khoảng 28 - 28.58mm, độ dày thành ống $\geq 1$ mm		
<b>7.2</b>	<b>Phụ kiện ống đồng: tê, cút góc, măng xông, côn thu...</b>	Gói	1
<b>7.3</b>	<b>Van chặn đơn D12</b>	Cái	11
	Đạt tiêu chuẩn ISO13485, ISO 9001 và CE		
	Áp suất làm việc: 64 bar		
<b>7.4</b>	<b>Van chặn đơn D15</b>	Cái	11
	Đạt tiêu chuẩn ISO13485, ISO 9001 và CE		
	Áp suất làm việc: 55 bar		
<b>7.5</b>	<b>Phụ kiện khác:</b>	Gói	1
	Que hàn		
	Hộp gen 40x60 đỡ ống đồng nội tường		
	Khí Oxy hàn		
	Khí Nitơ hàn		
	Giá đỡ đường ống (ty ren 8, thép hộp mạ kẽm 13x26mm, ecu8, nở đạn....)		

## PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

(Kèm theo Công văn số          /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày 10/04/2026)

### BÁO GIÁ

#### Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ như sau:

#### 1. Báo giá cung cấp hàng hóa.

STT	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Mô tả	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng:</b>						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

#### 3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

*(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*