

Số: /BVĐKNL-VTTBYTCNTT
Về việc mời chào giá phụ kiện sửa
chữa TBYT, công cụ dụng cụ

Đông Lộc, ngày tháng 07 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở để sửa chữa, thay thế phụ kiện thiết bị y tế, mua sắm công cụ dụng cụ tại Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Phòng VTTBYT-CNTT/Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc.
Điện thoại: 0238.3861.643

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư/Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc – Xóm Tây Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: bvnlvanthu@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h ngày 22 tháng 07 năm 2026 đến trước 17h ngày 01 tháng 08 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa: Phụ lục 1 kèm theo.
- Mẫu báo giá: Phụ lục 2 kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các khoa/phòng;
- Tổ truyền thông (Website);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Tùng

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày /07/2026)

STT	Nội dung	Số lượng	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật
1	Dây nối Bipolar	03	Cái	- Gồm 2 lõi dẫn điện riêng biệt được bọc cách điện độc lập bên trong. - Làm bằng đồng tinh khiết đa sợi (multi-strand copper) hoặc đồng mạ bạc/mạ niken để tăng khả năng dẫn điện cao tần. - Tương thích với tần số cao tần của máy phẫu thuật điện (thường từ 300 kHz đến 3 MHz).
2	Vỏ ngoài Clickline	03	Cái	- Kích thước đường kính (Size): cỡ 5 mm, dài 36 cm. - Cổng rửa LUER-Lock: Tích hợp sẵn cổng nối LUER-Lock trên thân vỏ, hỗ trợ bơm rửa làm sạch bên trong ống sau và trong quá trình phẫu thuật một cách dễ dàng và hiệu quả. - Khả năng xoay (360° Rotation): Thiết kế cho phép thao tác xoay linh hoạt 360 ° khi kết hợp với tay cầm và ruột kim/kéo bên trong.
3	Thùng xông hơi chân	03	Cái	- Chất liệu gỗ: Thường làm bằng các loại gỗ tự nhiên có khả năng chịu nước. - Kích thước miệng 42cm, cao 55cm, đáy 38cm.
4	Cân điện tử	01	Cái	- Màn hình hiển thị LED đỏ, nền sáng, dễ quan sát. - Đầu cân được làm bằng nhựa ABS, độ bền cao.. - Bàn cân được làm bằng hợp kim thép, thiết kế vững chắc. - Phím nhấn nhẹ, êm, dễ sử dụng. - Đơn vị cân: Kg. - Nguồn: AC 220V, Pin sạc 6V/4AH.
5	Nắp trocar	20	Cái	- Đường kính (Kích thước): đường kính 5mm 10mm. -Vật liệu: Nhựa y tế chịu lực cao (dùng một lần)

STT	Nội dung	Số lượng	ĐVT	Đặc tính kỹ thuật
				- Trang bị van silicone/khí kín để duy trì áp lực khí CO_2 trong khoang phẫu thuật
6	Bao đo huyết áp monitor	10	Cái	- Loại 1 ống khí (Single Tube): Tương thích với đa số các dòng máy monitor hiện nay như <i>Nihon Kohden, Contec, Cetus, Comen...</i> - Loại dùng nhiều lần (Reusable): Độ bền cao, có thể giặt rửa/khử trùng theo quy trình y tế.
7	Bộ thắt tĩnh mạch thực quản (Súng thắt, đầu thắt)	02	Cái	- Vỏ ống (Barrel): Làm bằng nhựa trong suốt đảm bảo trường nhìn nội soi rộng nhất, không cản trở quan sát búi tĩnh mạch. - Đầu chụp (Soft Cap): Bằng cao su/silicone dẻo giúp chụp chặt vào đầu ống soi mà không làm xước hay tổn thương thiết bị. - Số lượng vòng thắt (Bands): Thường cài sẵn 4, 5, 6 hoặc 7 vòng trên đầu thắt (phổ biến nhất là loại 6 vòng)
8	Đồng hồ Oxi điều áp	03	Cái	- Gồm 2 mặt đồng hồ kim (Dual Gauges): 1 đồng hồ đo áp suất bình (đầu vào) và 1 đồng hồ đo áp suất làm việc (đầu ra). - Áp suất làm việc đầu vào: Tối đa 15 – 25 MPa (150 – 250 bar). - Áp suất điều chỉnh đầu ra: 0 – 1.2 MPa (0 – 12 bar) hoặc cao hơn tùy dòng gia công nặng.
9	Dây máy điện tim	20	Cái	Gồm : - 4 đầu dây chi (Limbs): Tay phải (RA/R), Tay trái (LA/L), Chân phải (RL/N), Chân trái (LL/F). - 6 đầu dây ngực (Chest): C1 đến C6 (hoặc V1 đến V6). - Vỏ bọc ngoài: Làm bằng nhựa TPU (Thermoplastic Polyurethane) hoặc PVC y tế cao cấp:

PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ⁽¹⁾

(Kèm theo Công văn số /BVĐKNL-VTTBYTCNTT ngày /07/2026)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung mua sắm công cụ dụng cụ thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ mua sắm công cụ, dụng cụ y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.